

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2025-003

项目名称：福建省地质环境监测中心 2025 年度地下水动态监测点运行维护项目

采购人：福建省地质环境监测中心(盖章)

代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)

二〇二五年三月

目录

第一章 竞价公告 1

第二章 网上竞价内容及要求 7

第三章 证明材料格式 14

第四章 报价文件 20

第一章 竞价公告

福建国诚招标有限公司受福建省地质环境监测中心委托现通过网上竞价的方式选择福建省地质环境监测中心 2025 年度地下水动态监测点运行维护项目的成交人，现邀请合格的竞价供应商对本项目进行网上竞价，竞价人的受邀人为：北京辉煌共赢科技有限公司、北京中科光大自动化技术有限公司、成都正方久誉科技有限公司。

1. 竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2025-003

2. 项目名称：福建省地质环境监测中心 2025 年度地下水动态监测点运行维护项目

3. 竞价采购货物(服务)名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4. 时间：

公告起始时间：2025 年 03 月 26 日 17:00:00

公告截止时间：2025 年 03 月 31 日 17:00:00

报名截止时间：2025 年 03 月 31 日 17:00:00

投标起始时间：2025 年 04 月 01 日 09:00:00

投标截止时间：2025 年 04 月 01 日 11:00:00

5. 本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

6. 联系方式

采购人：福建省地质环境监测中心

地址：福建省福州市鼓楼区五四北路 285 号

联系人及电话：吕智超/0591-87667257

采购代理机构：福建国诚招标有限公司

地 址：福州市古田路 107 号中美大厦 24 层

邮 编：350001

电 话：0591-83393306、07

项目负责人：陈伟

公司网址：<http://www.fjgczb.com>

电子邮箱：83393301@163.com

8. 有关本项目的相关信息(包括文件若有修改补充), 福建国诚招标有限公司将通过以下媒介发布通知, 请潜在竞价供应商随时关注相关网站, 以免错漏重要信息。

(1) 工采通电子招投标交易平台 (<https://easy-prt.com>)

(2) 福建国诚招标有限公司 (<http://www.fjgczb.com>)。

9. 竞价供应商资格要求

(1) 有能力提供本竞价文件所述货物及服务、符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件。

(2) 竞价供应商须提供竞价承诺书;

(3) 竞价供应商须提供社会保障资金的相关材料;

(4) 竞价保证金凭证复印件

(5) 本项目(不接受)联合体竞价。

注:

(1) 以上材料均须加盖竞价供应商单位公章, 并在网上竞价截止时间前一个工作日提交“资格”要求的所有相关材料[竞价供应商可采用邮寄方式(拒绝采用同城达达等送件方式)提交]。未按以上要求提交报名材料的竞价供应商, 将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。

(2) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人, 提供统一社会信用代码营业执照复印件。

(3) 社会保障资金的相关材料, 是指提供报名截止时间前六个月任一个月的缴纳社会保险的凭据;

10. 竞价及报价须知

10.1 在福建国诚招标竞价平台 (<http://115.28.8.36>) 进行电子报名及纸质递交报名资料二者缺一不可; 证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

10.2 被邀请竞价的供应商, [每天 9:00 到 11:30, 14:30 到 17:30, 法定节假日除外](北京时间) 按竞价公告要求递交纸质报名资料。

10.3 竞价规则说明:

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内, 在报价截止时间前, 报名且通过审核的竞价供应商可通过福建国诚招标有限公司竞价平台多次参与竞价(不限报价次数, 在规定时间内提交报价均可)。

②在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价供应商提交的最后一次报价作为该竞价供应商的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品(服务)质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交。

④竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的以及未按照要求扫描上传彩色资信证明原件的均按照无效报价处理。

⑤本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品竞价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。同时要求竞价人在报价文件中上传法人及其投标人代表参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、无行贿犯罪记录的书面声明、未按上述条款要求扫描上传报价文件的投标无效。

⑥若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），竞价人须提供《节能产品政府采购清单》内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料，未按此要求的，竞价无效。

⑦竞价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(<http://www.cnca.gov.cn>)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。同时要求投标人提供中国政府采购网中《政府采购严重违法失信行为记录名单》以中国网查询页截图并加盖公章为准未按此要求的，投标无效。各投标人应特别注意。

⑧竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档 Jpg 或 pdf 或文件夹压缩包 RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（若有）、3C 认证证书（若有）。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

11、(1) 报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目若无三个(含)以上竞价人参与竞价的，本项目将做流标处理。

(2) 竞价供应商参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

(3) 竞价供应商自行承担所有参与报价的全部相关费用。

(4) 竞价供应商应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE 浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

(5) 有下列情形之一的，视为竞价供应商相互串通竞价：

- ①不同竞价供应商的证明材料由同一单位或者个人编制；
- ②不同竞价供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
- ③不同竞价供应商的证明材料载明的项目管理成员为同一人；

(6) 参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到 25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到 25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

12. 竞价结果确认

12.1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在工采通电子招投标

交易平台（<https://easy-prt.com>）、福建国诚招标有限公司（<http://www.fjgczb.com>）、国诚招标竞价平台（<http://115.28.8.36>）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起 1 个工作日。

12.2、成交公告发布之日起 1 个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。

13. 质疑：

接收质疑函的方式：现场方式，纸质接收

联系部门：办公室

联系电话和通讯地址：0591-83393307，福州市古田路 107 号中美大厦 24 层福建国诚招标有限公司。

注：

(1) 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

(2) 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

(3) 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

(4) 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

(5) 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

(6) 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

14、竞价保证金

14.1、竞价保证金人民币 1400 元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交（不接受现金、现金存款形式提交）；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

14.2、未中标的报价人，在竞价结果公告发布 1 个工作日后即可申请无息退回，中标报价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证原件。

15、代理服务费：

本项目向成交供应商收取中标服务费，按照中标金额的 2%计收。

16、投标保证金缴交银行账号

开户名： 福建国诚招标有限公司

开户行： 中国建设银行福州城东支行

帐 号： 3500 1610 0070 5253 0977-0003

第二章 网上竞价内容及要求

一、项目概况

福建省地质环境监测中心于 2019 年完成“地下动态监测点升级改造货物类采购项目”工作，安装了 50 台水位水温二参数监测仪（常温）、18 台压力式水位水温计（高温）、2 台水位水温电导率三参数监测仪（见附表一），并开展了 5 年的设备运行维护工作，于 2024 年底到期。为保证我省地下水监测工作正常开展，确保监测站点地下水水位、水温、电导率监测数据的完整性、连续性和准确性，2025 年度仍需开展监测设备运行维护工作。

二、技术和服务要求

（一）服务内容

对福建省 70 处地下水自动化监测站点开展运行维护工作，内容主要包括：设备运行监控、野外现场检测、维修、更换等工作。

（二）主要工作内容及技术指标要求

1、运行状态监控与在线维护

（1）运行状态监控：服务商需设置专职工作人员，每个工作日通过登录信息应用服务系统，掌握监测设备的设备上线率、数据接收率、故障排查进度、用电情况等设备运行状况，初步判断故障原因、制定故障排除计划。

（2）在线维护：采用监测设备管理平台远程向设备发送指令，通过在线维护排除设备故障，包括重新启动设备、校准时钟和升级固件等，在线维护完成后需形成维护日志。

2、监测设备野外巡检维护

（1）查看监测设备的接收、传输等运行情况，如数据传输装置缆线是否正常连接，信号传输天线是否存在松动、破损或断裂现象，检查电缆线卡扣与预定安装位置是否一致等；进行水位埋深、水温、电导率等数据校准工作。若发现问题，应及时维修更换。

（2）对于偶见数据异常或设备未上线 1-4 天的监测设备，原则上不视为设备故障，服务商需重点关注上线和数据补传情况。

（3）对于数据连续异常或设备未上线 5 天及以上的设备，视为设备故障。服务商应在确定故障状态的 24 小时之内进行系统远程操控排查解决问题，如问题解决，工作总结

束；若未解决，应在 5 天内前往现场进行问题排查复位，监测站点位于偏远地区的可延长至 10 天。

(4) 对于维护周期内数据接收率不足 100%或存在异常数据的监测点，应在野外通过数据读取装置直接读取监测设备内保存的原始监测数据。

(5) 野外日常维护工作结束后通过地下水监测移动客户端上报设备维护信息。

3、更换服务

对于无法维修的监测设备，由服务商提供设备更换服务。更换备件技术参数要求如下：

(1) 水位水温二参数监测仪（常温）

- 1) 尺寸：直径 $\leq 3\text{cm}$ ，长度 $\leq 28\text{cm}$ ；
- 2) 水位量程：0~30m 及以上；
- 3) 水位测量精度：0.05%FS；提供中国计量科学研究院的检定证书；
- 4) 长期稳定性：0.05%FS/年；提供中国计量科学研究院出具的连续 5 年以上检定证书(精度 0.05%FS)；
- 5) 水位分辨率：1mm；
- 6) 水温测量分辨率：0.01℃；
- 7) 水温测量误差： $\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$ ；
- 8) 探头工作温度范围：0℃~+80℃；
- 9) 输出数据内容：水位、水温、压力、电池电量、采集时间；
- 10) 外壳材质：316L 不锈钢或其它更高的防腐蚀等级的材料；
- 11) 压力式水位水温计探头内部自带供电功能，并具有数据记录功能，且内部数据记录容量大于 3 万条，探头能够定时自动采集与存储水位水温数据，可以用电脑直接读取探头内部存储的数据记录；
- 12) 气压补偿方式：通过气压计补偿，线缆不带导气孔。

(2) 压力式水位水温计（高温）

- 1) 尺寸：直径 $\leq 3\text{cm}$ ，长度 $\leq 28\text{cm}$ ；
- 2) 水位量程：0~30m 及以上；
- 3) 水位测量精度：0.05% FS；
- 4) 水位分辨率：1mm；
- 5) 水温测量分辨率：0.01℃；

- 6) 水温测量误差: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$;
- 7) 探头工作温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$, 提供中国计量科学研究院的测试报告;
- 8) 输出数据内容: 水位、水温、压力、电池电量、采集时间;
- 9) 外壳材质: 316L 不锈钢或其它更高的防腐蚀等级的材料;
- 10) 气压补偿方式: 通过气压计补偿, 线缆不带导气孔;
- 11) 探头线缆: 专用耐高温线缆, 防腐蚀抗拉伸。

(3) 水位水温电导率三参数探头

1) 外壳材质: 316L 不锈钢, 耐腐蚀, 可用在海水入侵或者矿化度较高的地下水井中;

2) 尺寸: 直径 $\leq 3\text{cm}$, 长度 $\leq 28\text{cm}$;

3) 水位量程: $0 \sim 30\text{m}$ 及以上;

4) 水位分辨率: 1mm ;

5) 水温测量分辨率: 0.01°C ;

6) 水温测量误差: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$;

7) 探头工作温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

8) 电导率测量范围: $0 \sim 120\text{mS/cm}$;

9) 电导率测量误差: $\leq 2\%\text{FS}$;

10) 电导率测量分辨率: $0.1\mu\text{S/cm}$;

11) 输出参量: 水位、水温、电导率、压力、电池电量、采集时间等;

12) 数据记录: 探头具有数据记录功能, 且内部数据记录容量 3 万条以上, 探头可以定时自动存储水位、水温、电导率数据;

13) 水位水温电导率探头内部自带供电功能, 并具有数据记录功能, 且内部数据记录容量大于 3 万条, 探头能够定时自动采集与存储水位水温数据, 可以用电脑直接读取探头内部存储的数据记录;

14) 电源切换: 有外接电源供电功能, 外部电池与内部电池可自动切换功能, 并有电源反接保护功能。

(4) 数据传输装置 (RTU):

1) 外形尺寸: 可方便置入井口防护装置, 直径 $\leq 11\text{cm}$, 高度 $\leq 30\text{cm}$;

2) 工作温度范围: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$, 适用于野外各种气候条件; 需要提供中国计量科学研究院出具的测试报告;

- 3) 电池：普通碱性大号干电池，4 节或更多，电池完全集中在壳体内，易于更换；
- 4) 传输参量：至少包括水位埋深、水位标高、水温、电导率、现场气压、探头电量、采集时间、数据传输装置电池电量等；
- 5) 数据记录容量：能存储 6 万条以上的数据记录（每条记录包括水位埋深、水位标高、水温、电导率、现场气压、探头电量、数据传输装置剩余电量、现场无线通讯信号质量等）；
- 6) 传输装置密封等级：IP68 等级，在工作温度范围内，传输装置整体浸泡在水中 10 日后仪器能够正常使用。同时需要提供检测机构出具的达到 IP68 等级的检测报告；
- 7) 传输方式：采用手机卡或物联卡，以 GSM 或 GPRS 方式传输数据，通讯卡易于更换，可用手机、电脑直接读取和查看现场实时数据；
- 8) 支持的直接数据接收端数量不少于 3 个，并有远程设置功能；
- 9) 有数据远程补采功能，可以远程补采数据记录中的所有数据；
- 10) 气压补偿方式：采用大气压直接测量补偿方式，数据传输装置能够测量监测井现场大气压，并具备大气压补偿功能；需提供投标产品针对该功能的气压精度检测报告，并在投标文件中明确指出该功能器件在数据传输装置上的位置。

三、商务条件

- （一）服务期限要求
- 本合同项目服务期为自合同签订日起一年。
- （二）款项支付
- 在签订合同后，采购人向服务商支付合同金额的 60%，2025 年 12 月底前完成验收并通过后，支付合同金额的 40%。
- （三）本项目预算为 14.96 万元。

附表 2025 年度运行维护监测站点明细

序号	编号	点位	探头类型
1	350802222026	龙岩市新罗区龙门镇谢洋村	三参数
2	350802224094	龙岩市新罗区西城苏溪村区水电局旁	二参数
3	350802224012	龙岩市新罗区铁山镇外洋村	三参数
4	350802220166	龙岩市新罗区西陂镇条围村龙岩市实验第二小学	二参数

5	3508022211 39	龙岩市新罗区中城九一北路市粮食局院内	二参数
6	3508022201 57	龙岩市新罗区东城龙川东路颜厝巷 21-10 号	二参数
7	3508022220 89	龙岩市新罗区西陂镇西山村洋古墩	二参数
8	3508022221 33	龙岩市新罗区铁山镇洋美村	二参数
9	3508252220 12	连城县罗坊乡邱赖村	二参数
10	3508252210 17	连城县隔川乡朱余村	二参数
11	3508252230 29	连城县林坊乡李丰村禾刀坑(柑桔场)	二参数
12	3508252270 21	连城县隔川乡新营村新安桥	二参数
13	3508252230 32	连城县莲峰镇李兴村	二参数
14	3508022221 45	龙岩市新罗区西陂镇条围村	二参数
15	3506262220 19	东山县陈城镇黄山村黄山母岩	二参数
16	3506262210 20	东山县陈城镇黄山村黄山母王爷公	二参数
17	3506262210 11	东山县樟塘镇湖尾村东北 650 米	二参数
18	3506262200 26	东山县康美镇康美村东南 1200 米（公路北）	二参数
19	3506262220 54	东山县陈城镇澳角渔家傲风情园	二参数
20	3506262200 44	东山县陈城镇白垵村赤涂庙边	二参数
21	3506262200 53	东山县陈城镇大帽村东瓦厂	二参数
22	3506262200 47	东山县陈城镇湖塘村草山脚	二参数
23	3506262200 38	东山县康美镇东沈村百亿新城路南	二参数
24	3506262200 34	东山县康美镇马銮村庙后路边	二参数
25	3506262200 33	东山县康美镇马銮村埔仔	二参数
26	3506262200 36	东山县康美镇美山村大埔	二参数
27	3506262200	东山县樟塘镇湖尾村湖尾山东南	二参数

	41		
28	3506262200 40	东山县樟塘镇湖尾村金銓湾工业安装渡假村	二参数
29	3506262200 37	东山县康美镇美山村友宜路南大井	二参数
30	3506262200 12	东山县西埔镇中兴街康福巷（原县医院改点）	二参数
31	3506262200 03	东山县铜陵下田街双孔井（改大井头）	二参数
32	3506262200 42	东山县陈城镇白垵村公路旁	二参数
33	3506262200 46	东山县陈城镇赤山林场抽水站	二参数
34	3506022240 16	漳州市工人疗养院主孔	高温探 头
35	3506022240 36	漳州市工人疗养院付孔	高温探 头
36	3506022230 42	漳州市凌波温泉大厦	高温探 头
37	3506022230 08	漳州市顶田下（柴火间）	二参数
38	3506022230 12	漳州市华侨中医院主孔	高温探 头
39	3506022250 13	漳州市华侨中医院付孔	高温探 头
40	3506022230 33	漳州市体训基地北侧	二参数
41	3506022250 34	漳州市华侨中学（变电站）主孔	高温探 头
42	3506022230 35	漳州市华侨中学（变电站）付孔	高温探 头
43	3506022240 40	漳州市西桥小学（文庙）主孔	二参数
44	3506022210 41	漳州市西桥小学（文庙）付孔	二参数
45	3506022230 03	漳州市芗城分局派出所	高温探 头
46	3501022223 17	鼓楼区五四北路 296 号省药材公司内--付孔 现（福建省第二人民医院内）	高温探 头
47	3501022240 42	鼓楼区五四北路 296 号省药材公司(树兜中医学院 后墙)---主孔 现（福建省第二人民医院内）	高温探 头
48	3501022250 71	鼓楼区古田支路 58 号福州公路稽征处	高温探 头
49	3501032240 85	台江区六一中路 126 号宁德驻榕办事处门口	高温探 头

50	350103225113	台江区鳌峰街道鳌峰洲 170 号市水产冷冻厂	二参数
51	350103227075	台江区广达路福州市土地局(原地热处)	高温探头
52	350111222310	晋安区新店镇涧田村（泉）	二参数
53	350111227294	晋安区晋安北路市华侨塑料厂外路边付孔	二参数
54	350111228293	晋安区晋安北路市华侨塑料厂外路边主孔	二参数
55	350102221318	鼓楼区古田支路 59 号福州公路稽征处	高温探头
56	350102221095	鼓楼区过洋埕 44 号省地震局水化站主孔	高温探头
57	350102220057	鼓楼区过洋埕 44 号省地震局水化站付孔	高温探头
58	350102220365	鼓楼区华林路 203 号原地震局大楼后侧	高温探头
59	350111220364	晋安区寿山乡前洋村民井	二参数
60	350102226058	鼓楼区金泉路 31 号金泉花园(二堂村南菜地)	高温探头
61	350111220342	晋安区新店镇新店街 20 号民井	二参数
62	350111222072	晋安区福马路市公交第二分公司	二参数
63	350111223006	晋安区新店镇井店村 48 号	二参数
64	350421220354	三明市明溪坪埠村岩坑左侧农田中	二参数
65	350421220356	三明市明溪县城北社区明峻禅寺右侧 150m 左右路边	二参数
66	350421220357	三明市明溪康乐路中段儿童公园对面	二参数
67	350421220358	三明市明溪坪埠村东方军路城关中心小学背后	二参数
68	350421220359	三明市明溪县河滨北路信用联社公交车站旁	二参数
69	350303222002	莆田市涵江区周墩养鳗二场（河边）	二参数
70	350322220362	莆田市仙游县枫亭镇东宅村北塘尾 1 号	二参数

第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1. 编制要求：竞价供应商应仔细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。

2. 格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用 A4 幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并每页加盖公章。

3. 其他要求：

①竞价供应商在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(<http://115.28.8.36/>)进行供应商注册、报名、竞价投标。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

证明材料文件

竞价编号：（由竞价供应商填写）

项目名称：（由竞价供应商填写）

竞 价 人：（由竞价供应商填写）

联系人及联系电话：（由竞价供应商填写）

1. 营业执照

致：福建省地质环境监测中心

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，
否则我方负全部责任。

注意：营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价供应商加盖公章。（竞价供应商制表时应删去此段话）

竞价供应商名称：（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

营业执照复印件并加盖公章

2. 技术商务响应一览表

序号	技术及商务要求	响应内容	响应情况 (响应/不响应)

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价供应商：(全称并加盖单位公章)

日期：_____年_____月_____日

3. 竞价承诺书

网上竞价承诺书

致：福建国诚招标有限公司

根据贵公司关于_____网上竞价项目及服务的公告（项目编号）：_____，本签字代表（_____）经正式授权并代表竞价方_____参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、我司将在网上竞价截止时间前一天提交网上竞价要求的所有原件的复印件，保证提供真实、合法、有效的资格证明材料，将竞价保证金 3000 元以转账方式在网上竞价截止时间前一天汇达指定账户，并承诺绝无作弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法事情。

二、我司将按照竞价项目及服务的公告要求和竞价报价文件的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供全新货物，货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

三、本项目竞价公告、竞价方的竞价报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加号的），我方将提供《节能产品政府采购清单》内的产品参与网上竞价，并保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉，否则同意我方的竞价视为无效报价。

七、我司承诺所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，将提供设备的产品合格证、质量保证文件，并按网上竞价项目及服务的公告要求和本公司竞价报价文件承诺提供优质的售后服务。

八、我司获得竞价供货资格后，将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证 24 小时的联系畅通（联系人：_____，联系电话：_____），按照网上竞价项目及服务的公告要求提供合格的设备进行安装、调试服务，并达到验收标准。对用户提出的问题或要求保证在 12 小时内给予明确答复。

本网上竞价承诺书自我公司盖章、法定代表人签字或授权代表签字后生效。

竞价供应商名称（全称并加盖公章）：

电话：_____ 传真：_____

竞价供应商法定代表人签字或授权代表签字：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

4. 竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。

第四章 报价文件

注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价供应商制表时应删去此段话）

竞价编号：

项目名称：

报价一览表

金额单位：人民币元

合同包	序号	商品名称	数量	投标单价	合计金额
1	1				
	2				
投标总金额大写：					
小写：					
序号	货物名称		品牌/型号		
1					
2					

供应商(全称并加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：